

医疗器械召回事件报告表

提交：企业所在地省级药品监督管理部门

医疗器械注册/备案部门

产品名称	导光凝胶	备案编号	桂玉械备 20240016
生产企业	玉药大健康（玉林）生命科学技术有限公司		
召回单位负责人及 联系方式	玉药大健康（玉林）生命科学技术有限公司 丘岳球 13699826670		
召回工作联系人和 联系方式	丘岳球 13699826670		
产品的适用范围	产品用于光子治疗过程中隔热和导光，与光子治疗 设备配合使用。		
涉及地区和国家	国内	涉及产品 型号、规格	20g
涉及产品生产 (或进口中国)数量	200 盒	涉及产品在 中国的销售数量	200 盒
召回等级	三级召回		
识别信息 (如批号)	复方角采酸酯凝胶 TM 批号：20241125		
召回原因简述	产品标签、说明书与备案信息不一致。		
纠正行动简述	进行产品全部召回、停止该产品生产和销售，召回 产品进行销毁。		

报告单位：玉药大健康（玉林）生命科学技术有限公司 负责人：丘岳球

报告人：丘岳球

报告日期：2026年2月26日

